وحدات فحص الانكسار

Easyvisus RM64 Compact — جهازان

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

Easyvisus RM64 Compact لجهازين وحدة بطاولة كهربائية الارتفاع. توفر السلسلة الدوران أو الانزلاق اليدوي أو الكهربائي، مع درج طاولة في تجهيز محدد. تحتفظ بلوحة LCD وعصا التحكم وكرسي PRIMA الكهربائي، دون المكتب المنفصل لصينية 236 عدسة في RM64 غير Compact. يجب تأكيد المرجع المناسب للعيادة مع ASEM.



Easyvisus RM64 Compact · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 09-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

محطة لـ2 جهاز

سطح طاولة منظّم لاستيعاب جهازَي فحص (2).

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

إتاحة الكرسي المتحرك

سطح طاولة يُفتح للفحص على كرسي متحرك.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

كرسي بضبط كهربائي

كرسي PRIMA بضبط كهربائي للارتفاع.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

تنظيم محطة Easyvisus RM64 Compact — لجهازين

تُظهر صورة الشركة المصنعة التجهيز الدقيق للمحطة والوصول إلى الأجهزة.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026


تحديد موضع سطح العمل

تسهّل حركة سطح العمل الموثقة الانتقال بين الأجهزة في Easyvisus RM64 Compact — لجهازين.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

التخطيط للتركيب

يوضح الرسم الرسمي الحيز المطلوب ويساعد على التحضير لتركيب Easyvisus RM64 Compact — لجهازين.



Easyvisus RM64 Compact · مخطط التركيب

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

راحة الاستخدام

توزيع ضُمم حول محطة الاستشارة.

أجهزة منظمة

تجد التجهيزات مكانها في وحدة مخصصة.

ضبط المحطة

تسهّل الحركات المتاحة تكييف التجهيز.

الإمكانات في الممارسة

وحدة فحص الانكسار

المصادر والوثائق

مسار عمل أكثر سلاسة

طاولة للأجهزة المختارة

المرجعان 400900 و400930 دواران؛ وتحتوي 400930 وحدها على درج بصينية خشبية لـ148 عدسة تجربة. أما 400950 فمنزلقة يدويًا و400955 منزلقة كهربائيًا. ارتفاع الطاولة كهربائي في جميعها. تعلن الشركة المصنعة حدًا أدنى 76 cm وفتحة لفحص شخص في كرسي متحرك. يجب تحديد مجموعة العدسات، ولا يمثل هذا الحد ارتفاع الوحدة الكامل.

المصادر والوثائق

التحكم والتموضع الموثقان

تتيح لوحة LCD تخصيص الشعار. تتحكم عصا التحكم في رفع الكرسي والطاولة وخفضهما وفي القفل. توثق الشركة المصنعة قفلاً كهرومغناطيسيًا للطاولة الدوارة وذراعها. ويختلف التشغيل الكهربائي للارتفاع عن نمط الدوران أو الانزلاق المحدد للمرجع.

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

كرسي قياسي وملحقات اختيارية

يتميز PRIMA القياسي بارتفاع كهربائي وكسوة سكاي سوداء دون مسند قدم. ومسند القدم القابل للرفع والكسوات الأخرى والاستبدال بطراز كرسي مختلف خيارات موثقة. يجب تأكيد نسخة الكرسي في عرض سعر ASEM. قد تظهر الصور الأصلية مسند قدم أو ذراع فورويتر أو ملحقات اختيارية أخرى، ولا تثبت رؤيتها أنها مشمولة. يجب تحديد الأجهزة والملحقات كل على حدة.

المصادر والوثائق

الإضاءة وتغذية الأجهزة

يتضمن العمود الألومنيومي إضاءة LED محيطة قابلة للضبط ومصباح قراءة LED ولوحة لحمل عارض الاختبارات. تحتوي الوحدة الرئيسية على تغذية محول المصباح الشقي، وللقاعدة الفولاذية المطلية أقدام قابلة للضبط. تندرج مصادر تغذية الأجهزة الإضافية ضمن الملحقات ولا تُعد مشمولة تلقائيًا. ولا يُستنتج جهد أو تردد دخل للوحدة الكاملة.

المصادر والوثائق



· Easyvisus RM64 Compact
صورة الجهاز

المصادر والوثائق



· Easyvisus RM64 Compact
صورة الجهاز

المصادر والوثائق

التركيب واختيار التجهيز

الانزلاق الكهربائي 400955 لليد اليمنى فقط. للتجهيزات الأخرى نسخ يسارية اختيارية 400900S و400930S و400950S. لا يُعد المكتب المنفصل بدرج 236 عدسة الخاص بـRM64 غير Compact تجهيزًا قياسيًا هنا. تختلف مخططات الدوران والانزلاق. لا يُختلق وزن أو تردد أو ارتفاع أقصى؛ ويجب التحقق من حيز الحركة مع ASEM.

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

العلامة التجارية
.F.I.S.O

الطراز
Easyvisus RM64 Compact — جهازان

التقنية
وحدة قياس الانكسار

الاستخدام السريري
تقنيات متخصصة

عدد الأجهزة التي يستوعبها
2

المصادر والوثائق

ارتفاع الكرسي
ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

ارتفاع سطح العمل
ضبط كهربائي

المصادر والوثائق

قفل سطح العمل
الطاولة والذراع: قفل كهرومغناطيسي

المصادر والوثائق

حركة سطح العمل
دوران أو حركة انتقالية حسب المرجع

اختيار تجهيز المصنّع؛ لا يُفترض تلقائياً أن أي خيار مثبّت.

المصادر والوثائق

إضاءة محطة العمل
إضاءة محيطة LED · إضاءة قراءة LED

المصادر والوثائق

أدوات التحكم
لوحة LCD؛ عصا تحكم للضبط والقفل


المصادر والوثائق

القاعدة
فولاذ مطلي؛ أقدام قابلة للضبط

المصادر والوثائق

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

اختيار تجهيز المصنّع؛ لا يُفترض تلقائياً أن أي خيار مثبّت.



Easyvisus RM64 Compact · مخطط التركيب

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

وثائق الشركة المصنعة

PDF · 15,672 kB

المصادر والوثائق

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  تم التحقق من المصدر في 05-10-2026
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  تم التحقق من المصدر في 30-08-2026
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول Easyvisus RM64 Compact — جهازان

ما المواصفة «عدد الأجهزة التي يستوعبها» الموثقة لجهاز Easyvisus RM64 Compact — جهازان؟

2

المصادر والوثائق

ما المواصفة «ارتفاع الكرسي» الموثقة لجهاز Easyvisus RM64 Compact — جهازان؟

ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي — لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

ما التجهيز الذي ينبغي تأكيده لجهاز Easyvisus RM64 Compact — جهازان؟

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

أين أجد وثائق Easyvisus RM64 Compact — جهازان؟

وثائق الشركة المصنعة (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

المصادر والوثائق

ما خيارات الطاولة في Compact لجهازين؟

تميز النشرة بين الطاولتين الدوارتين 400900 و400930، والانزلاق اليدوي 400950، والانزلاق الكهربائي 400955. ويتضمن 400930 درجًا مخصصًا لصينية 148 عدسة اختبار.

المصادر والوثائق

ما القيد المتعلق بترتيب الأعسر؟

يوثق 400955 ذو الانزلاق الكهربائي بترتيب لليد اليمنى فقط. ويمكن توفير 400900 و400930 و400950 ببدائل اختيارية للأعسر.

المصادر والوثائق

هل توثق النشرة الوصول بالكرسي المتحرك؟

نعم. تصف فتح الطاولة بارتفاع أدنى 76 سم ليبقى المريض جالسًا على كرسيه المتحرك. ويجب التحقق من هذا الترتيب وفق مخطط التركيب المختار.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة



Panvisus Rondo

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة Panvisus Rondo لجهازين، حسب التجهيز.

عرض المنتج



Easyvisus Curve

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



Easyvisus MS33 — جهازان

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



Easyvisus MS33 — 3 أجهزة

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطبابات هذا الجهاز.

التقنيات المتخصصة

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد




رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: eebac37a8be1