المصابيح الشقية

BI 900

مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير وإضاءة LED.

الخصائص الرئيسية • تصميم راقٍ بمواد عالية الجودة. • نتاج الهندسة السويسرية المتقدمة (2025). • حركة سلسة ودقيقة ودون جهد. • عمر استخدام طويل حتى في الاستخدام المكثف.
_____ • أداء موثوق بفضل الجودة الميكانيكية السويسرية. • ملائم لمتطلبات المختصين العالية.



BI 900 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 10-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

بصريات مجهر كبلر

درجتا تكبير 10× و16× للفحص بالمصباح الشقي.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

مرشح تباين مدمج

مرشح مدمج لتعزيز التباين في الفحص الروتيني.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

خيارات تصوير المصباح الشقي

توثيق الفحوصات باستخدام BI 900 Imaging Set.

طقم تصوير اختياري

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

ملاحظة يومية

صُممت بصريات BI 900 للفحص الروتيني للقطعة الأمامية.



BI 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

تبسيط الاستخدام

تُجمع أدوات التحكم الأساسية حول محطة مدمجة.



BI 900 · صورة توضيحية من المصنّع

صورة توضيحية من المصنّع: قد تختلف التهيئة المعروضة عن التهيئة المسلَّمة.

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

توثيق الملاحظات

يتيح خيار التصوير دمج الالتقاط في مسار الفحص.



BI 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

ملاحظة سريرية

نظام بصري مخصص للفحص بالمصباح الشقي.

إضاءة مضبوطة

اضبط الملاحظة حسب احتياجات الفحص.

راحة الممارس

تجهيز صُمم للعمل اليومي.

الإمكانات في الممارسة

مستويان للتكبير أثناء الفحص

يوفر مجهر Kepler تكبيرًا قدره 10× و16×. ويختلف هذا التجهيز ذي المستويين عن المجهر الغاليلي بخمسة مستويات في BQ900.

10× و16× بالعدسات العينية القياسية؛ و25× و40× بعدسات عينية اختيارية.



BI 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

تعزيز تباين الملاحظة

يضم BI900 مرشحًا لتعزيز التباين. ويصف المصدر إضاءة مطورة مرتبطة بمجهر Kepler وأدوات ضبط الشق.

المصادر والوثائق

المصباح الشقي Haag-Streit BI-900

مصباح Goldmann 900 الشقي منذ 1958.

أكثر من 150 000 وحدة مبيعة عالميًا.

مرجع تاريخي في طب العيون.

صناعة سويسرية.

ميكانيكا سويسرية دقيقة

- ضمان الشركة المصنعة الممتد إلى 10 سنوات، تعبيرًا عن الثقة والجودة.
- صيانة أقل: صُمم للحد من التدخلات الفنية.
- حل اقتصادي على المدى الطويل.
- ملائم لعيادات ومراكز طب العيون.
- موثوقية مثبتة وتكاليف صيانة محدودة.

نظام رقمنة مدمج

توفر الجودة البصرية مشاهدة سريرية ورقمنة عالية الجودة.

التكبير

تكبير غامر

جودة الصورة

المشاهدة والرقمنة

مشاهدة القرنية

وضوح وتباين

المرشحات

المرشحات الأساسية الرئيسية

- واجهة عالية الدقة.
- قابلة للضبط للفحوص المطولة.

مقياس ضغط بالتسطيح

مقياس ضغط Goldmann AT 900

- صُمم لـHaag-Streit.
- مرجع عالمي لقياس ضغط العين PIO.
- أكثر من 50 عامًا من الاستخدام السريري.
- دقة وموثوقية تدعمهما عقود من الممارسة.
- تكرارية القياسات وثبات النتائج.

مسار عمل أكثر سلاسة

التوثيق باستخدام طقم BI900

يمثل BI900 Imaging Set حل التصوير المدمج المقدم لهذا الطراز. ولا تُنسب إليه تلقائيًا وظائف IM910.

طقم تصوير اختياري.



BI 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

ضبط وضعية المصباح والمريض

تدعم القاعدة الميكانيكية وسهولة الوصول إلى العدسات العينية إجراء الفحص. ويجب اختيار الطاولة ومسند الرأس ضمن تجهيز محطة العمل.



BI 900 · صورة توضيحية من المصنّع

صورة توضيحية من المصنّع: قد تختلف التهيئة المعروضة عن التهيئة المسلَّمة.

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

إضافة قياس ضغط مخصص

يُعرض AT900 كملحق مرتبط لقياس ضغط العين. ويجب تحديد نسخته وتثبيته وما إذا كان مشمولًا في التجهيز.

ملحق منفصل، ولا يُفترض تضمينه.

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

العلامة التجارية
Haag-Streit

الطراز
BI 900

التقنية
مصباح شقي

الاستخدام السريري
التشخيص والقياسات الحيوية

درجات التكبير
10× · 16×

التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

عدد درجات التكبير
2

التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

عرض الشق
14 mm

المصادر والوثائق

طول الشق
14 mm

المصادر والوثائق

بصريات المجهر
كبلر

المصادر والوثائق

المرشحات
أزرق · أخضر خالٍ من الأحمر · رمادي 10 %

المصادر والوثائق

الإضاءة
LED

المصادر والوثائق

نطاقات الضبط
طولي 100 mm؛ جانبي 100 mm؛ رأسي 30 mm

المصادر والوثائق

التغذية الكهربائية
240–100 V AC ; 50–60 Hz

المصادر والوثائق

الأبعاد
700 × 332 × 310 mm

الطول × العرض × الارتفاع؛ دون التغليف.

المصادر والوثائق

الوزن
12 kg

دون مزوّد طاقة أو مسند رأس أو خيارات.

المصادر والوثائق

التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

الطول × العرض × الارتفاع؛ دون التغليف.

دون مزوّد طاقة أو مسند رأس أو خيارات.



BI 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق



BI 900 · صورة توضيحية من المصنّع

صورة توضيحية من المصنّع: قد تختلف التهيئة المعروضة عن التهيئة المسلَّمة.

المصادر والوثائق



BI 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BI%20900/Brochures/English/HS_bi_900_br_7220508_technical_specifications.pdf
تم التحقق من المصدر في 04-10-2026
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
تم التحقق من المصدر في 04-10-2026
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
تم التحقق من المصدر في 17-10-2026
- https://www.haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
تم التحقق من المصدر في 30-08-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BI%20900/Brochures/English/HS_bi_900_br_7220508_technical_specifications.pdf
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BI%20900/Brochures/English/HS_bi_900_br_7220508_technical_specifications.pdf
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول BI 900

ما المواصفة «درجات التكبير» الموثقة لجهاز BI 900؟

10× · 16× — التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

ما المواصفة «عدد درجات التكبير» الموثقة لجهاز BI 900؟

2 — التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

ما التجهيز الذي ينبغي تأكيده لجهاز BI 900؟

التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

هل يمكن الحصول على 25× أو40× في BI900؟

تتيح الورقة التقنية ذلك بعدسات عينية اختيارية؛ والتكبير القياسي هو 10× و16×.

المصادر والوثائق

ما طقم التصوير المحدد لجهاز BI900؟

تحدد الشركة طقم Imaging Set BI900 الاختياري، وهو منفصل عن وحدات المصابيح الأخرى.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة



BM 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير 10× و16×.

عرض المنتج



BQ 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير وإضاءة LED.

عرض المنتج



Elara 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير.

عرض المنتج



HS-5000

Huvitz

المصابيح الشقية

مصباح شقي بإضاءة برجية وبصريات غاليليو.

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطلاعات هذا الجهاز.

التشخيص والقياسات الحيوية

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد




رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: e68d5328ee3a