المصابيح الشقية

HS-7000

مصباح شقي ببصريات غاليليو وخمس درجات تكبير.

Huvitz HS-7000 مصباح شقي بإضاءة برجية لملاحظة القطعة الأمامية. يوفر مجهره الغاليلي الثنائي المتقارب خمسة مواضع تكبير. وتتيح المرشحات وضبط الشق تكييف الملاحظة حسب الفحص. يمكن لنظام التصوير HIS-5000 إكمال المصباح حسب التجهيز المختار؛ ولا يُقدم كجزء مشمول قياسيًا.



HS-7000 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 28-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

خمس درجات تكبير

6× و10× و16× و25× و40× لتكييف رؤية الفحص.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 06-10-2026

شق الفحص

فتحة شق تصل إلى 14 × 14 mm.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 06-10-2026

مرشحات المشاهدة

مرشحا الأزرق الكوبالتي والأخضر للفحص.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 06-10-2026

الإمكانات في الممارسة

خمس درجات تكبير للمعاينة

يوفّر المجهر الثنائي الغاليلي في HS-7000 درجات التكبير 6×, 10×, 16×, 25×, 40×. ويُختار مجال المعاينة بواسطة الأسطوانة.

- مجهر ثنائي غاليلي بأسطوانة من خمسة مواضع.
- ضبط المسافة بين الحدقتين من 55 إلى 80 mm.



رسم توضيحي فني — HS-7000 / HS-7500

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

اختيار مرشّح المعاينة

تكيّف مجموعة المرشّحات الإضاءة مع المعاينة التي يختارها الممارس.

- مرشّحات أزرق الكوبالت وخالٍ من الأحمر ورمادي ولامتصاص الحرارة.
- مرشّح أصفر قرب العدستين العينيتين لمعاينة الفلوريسئين.

المصادر والوثائق

مسار عمل أكثر سلاسة

إضاءة برجية بمواضع محددة

يستخدم HS-7000 إضاءة برجية بزوايا سقوط 0° و5° و10° و15° و20°. وتبلغ مسافة العمل المذكورة 80 mm.

- عرض شق قابل للضبط المتصل من 0 إلى 14 mm.
- طول من 0.3 إلى 14 mm؛ ودوران من 0° إلى 180°.

المصادر والوثائق

ضبط موضع الفحص

تتحكم عصا القيادة في حركة القاعدة أثناء تموضع المصباح الشقي.

- الحركة العمودية: 30 mm.
- الحركتان الطولية والجانبية: 100 mm لكل منهما.

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

إضافة توثيق الصور

يمكن لتجهيز تصوير HIS-5000 أن يضيف الالتقاط بعصا القيادة والمقارنة والتقارير. ولا تُنسب هذه الوظائف إلى المصباح الشقي وحده.

اختياري

- التقاط بعصا القيادة عند توصيل نظام التصوير.
- التقاط الصور والمقارنة والتقارير في HIS-5000.

المصادر والوثائق

المقارنة والتوثيق بواسطة HIS-5000

ينظّم نظام التصوير الاختياري الصور ويتيح مقارنتها في السجل.

اختياري

- تكبير الصور وتدويرها وتراكبها.
- تصدير Word والطباعة والتواصل عبر DICOM.

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

درجات التكبير
×6 · ×10 · ×16 · ×25 · ×40

المصادر والوثائق

عدد درجات التكبير
5

المصادر والوثائق

عرض الشق
14 mm

المصادر والوثائق

طول الشق
14 mm

المصادر والوثائق

بصريات المجهر
غاليلي ثنائي العينين متقارب

المصادر والوثائق

المرشحات
أزرق كوبالت · خالٍ من الأحمر · رمادي · عازل حراري · أصفر

المصادر والوثائق

الإضاءة
هالوجين 12 V، 30 W؛ إصدار LED حسب التجهيز

المصادر والوثائق

البرمجيات
HIS-5000 اختياري، منفصل عن المصباح

المصادر والوثائق

نطاقات الضبط
رأسي 30 mm؛ طولي وجانبي 100 mm؛ المسافة بين الحدقتين 55–80 mm

المصادر والوثائق

التغذية الكهربائية

V AC ; 50/60 Hz 240–100

المصادر والوثائق



رسم توضيحي فني — HS-7000 / HS-7500

المصادر والوثائق



رسم توضيحي فني — HS-7000 / HS-7500

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

وثائق الشركة المصنعة

PDF · 21,742 kB

المصادر والوثائق

- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2025/02/HS-Series_12p_eng_240603.pdf
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- /https://www.huvitz.com/product/hs-series
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2025/02/HS-Series_12p_eng_240603.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول HS-7000

ما المواصفة «درجات التكبير» الموثقة لجهاز HS-7000؟

×6 · ×10 · ×16 · ×25 · ×40

المصادر والوثائق

ما المواصفة «عدد درجات التكبير» الموثقة لجهاز HS-7000؟

5

المصادر والوثائق

أين أجد وثائق HS-7000؟

وثائق الشركة المصنعة (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/huvitz-20261006/hs-series-original.pdf

المصادر والوثائق

هل تُرفق نسخة LED دائماً؟

تميّز النشرة بين تجهيزات الهالوجين وLED. ويجب تحديد مصدر الإضاءة وأي نظام تصوير ضمن مواصفات الطراز المطلوب.

المصادر والوثائق

كيف يمكن ضبط الشق؟

يتغير العرض من 0 إلى 14 mm والطول من 0.3 إلى 14 mm والدوران من 0° إلى 180°. وتعتمد زاوية السقوط على النسخة البرجية أو المدمجة.

المصادر والوثائق

هل يوفّر المصباح وحده التقاط الصور والتقارير؟

تعود هذه الوظائف إلى نظام HIS-5000 الاختياري. ويجب تحديد الكاميرا والبرنامج والحاسوب ضمن التجهيز المختار.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة



BI 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير وإضاءة LED.

عرض المنتج



BM 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير 10× و16×.

عرض المنتج



BQ 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير وإضاءة LED.

عرض المنتج



Elara 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير.

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطلاعات هذا الجهاز.

التشخيص والقياسات الحيوية

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: e3448a7eab64