الأثاث الطبي وحوامل الأدوات

CIT-4000

طاولة بمحرك لتموضع أجهزة الفحص.

CIT-4000 طاولة كهربائية متنقلة لتركيب مصباح شقي أو مقياس انكسار أو جهاز آخر ملائم. يُضبط ارتفاع سطحها 500 × 400 mm للفحص، وتسهّل العجلات نقل المنظومة. تعلن الشركة المصنعة حمولة قصوى 50 kg؛ ويجب تحديد الجهاز الموضوع وأدوات التحكم المختارة ضمن تجهيز ASEM.



CIT-4000 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 28-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

ضبط بمحرك

ضبط ارتفاع الجهاز كهربائيًا.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 06-10-2026

تنقّل داخل العيادة

عجلات لنقل الطاولة بين محطات الفحص.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 06-10-2026

تحكم قابل للتكييف

تحكم يدوي أو قدمي حسب الإصدار.

حسب التجهيز

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 06-10-2026

الإمكانات في الممارسة

حامل لأجهزة طب العيون

المصادر والوثائق

ضبط آلي للارتفاع

المصادر والوثائق

التحرك على عجلات

المصادر والوثائق

مسار عمل أكثر سلاسة

تركيب جهاز عيون متوافق

CIT-4000 طاولة مزودة بمحرك لتركيب أجهزة مثل المصباح الشقي أو جهاز قياس الانكسار الآلي. ويجب تحديد الحامل وتجهيز الجهاز معاً.

- طاولة دعم للمعدات الموضوعة عليها.
- جهاز الفحص منفصل عن الطاولة.

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

ضبط الارتفاع وتحريك المحطة

يُضبط الارتفاع الآلي بالبدّال لوضع الجهاز. وتتيح العجلات نقل الحامل إلى المحطة المختارة.

- ضبط آلي يتحكم فيه بدّال.
- عجلات لتحريك الحامل.

المصادر والوثائق

التغذية والتجهيز

التغذية الموثقة 100–240 V AC، 50/60 Hz، بتيار معلن من 2,5 إلى 2,2 A. يجب تحديد الأجهزة وأدوات التحكم والوصلات اللازمة مع ASEM. لا تذكر الصفحة برمجيات أو واجهة بيانات خاصة بالطاولة؛ ولا تُختلق وظيفة اتصال.

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

نظام التركيب
قاعدة متحركة على عجلات

المصادر والوثائق

نطاقات الضبط
ارتفاع 645–895 mm؛ مدى الحركة 250 ±20 mm؛ تحكم بالقدم أو يدوي حسب التجهيز

المصادر والوثائق

التغذية الكهربائية
100–240 V AC، 50/60 Hz؛ 2,2–2,5 A

المصادر والوثائق

الأبعاد
555 × 435 × 645 mm في الوضع المنخفض؛ سطح 500 × 400 mm

المصادر والوثائق

الوزن
25 kg

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

- https://www.huvitz.com/product/cit-4000/
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://huvitz.com/ko/product/cit-4000/
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول CIT-4000

ما المواصفة «نظام التركيب» الموثقة لجهاز CIT-4000؟

قاعدة متحركة على عجلات

المصادر والوثائق

ما المواصفة «نطاقات الضبط» الموثقة لجهاز CIT-4000؟

ارتفاع 645–895 mm؛ مدى الحركة 250 ±20 mm؛ تحكم بالقدم أو يدوي حسب التجهيز

المصادر والوثائق

هل يُرفق الجهاز الظاهر فوق الطاولة؟

تصف هذه المواصفات طاولة CIT-4000. ويجب تحديد أي مصباح شقي أو جهاز انكسار سيُركّب عليها بشكل منفصل ضمن التجهيز المقترح.

المصادر والوثائق

هل تشمل الطاولة جهاز فحص؟

CIT-4000 حامل للأجهزة. ويُختار الجهاز المثبّت عليها وتجهيزه بصورة منفصلة.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة



FA-92

.F.I.S.O

الأثاث الطبي وحوامل الأدوات

مقعد بعجلات قابل لضبط الارتفاع لمحطة الفحص.

عرض المنتج



77FY

.F.I.S.O

الأثاث الطبي وحوامل الأدوات

كرسي عمليات مفصلي لجراحة اليوم الواحد.

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطبابات هذا الجهاز.

التقنيات المتخصصة

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: 51862f9a3102