ASEM MEDICAL



Katalog ophthalmologischer Geräte

63 Geräte

Öffentliche ASEM-Geräteauswahl. Spezifikationen und verfügbare Konfigurationen müssen beim Hersteller bestätigt werden. Dieser Katalog ersetzt nicht die Herstellerdokumentation.

Erstellt am 2026-11-24

Huvitz | ASEM

OCTavius



Fünf Untersuchungen in einer ophthalmologischen Bildgebungsplattform.

Geprüfte Informationen

Multimodale Bildgebung

OCT, Fundusbildgebung, Angiografie, Biometrie und Topografie.

huvitz.com · 2026-10-05

Schnelle OCT-Erfassung

80.000 A-Scans pro Sekunde für die OCT-Erfassung.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HBM-1



Optische Biometrie und Hornhauttopografie für die präoperative Untersuchung.

Geprüfte Informationen

Optische Biometrie

Messung der axialen Länge von 14 bis 40 mm.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Placido-Topografie

24 Ringe zur Kartierung der Hornhautoberfläche.

www.huvitz.com · 2026-10-05

IOL-Berechnung

Integrierte IOL-Berechnung und Zernike-Analyse.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-9000A



Refraktion und Untersuchung der Augenoberfläche in einem Gerät.

Geprüfte Informationen

Automatische Refraktion

Sphäre von −30 bis +25 D; Zylinder bis 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Augenoberfläche

Meibografie und Analyse der Tränenfilm-Aufrisszeit.

huvitz.com · 2026-10-05

Periphere Keratometrie

Zentrale und periphere Hornhautkrümmungsmessung.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Eyestar 900



Optische Biometrie und Keratometrie mit EyeSuite.

Geprüfte Informationen

Swept-Source-OCT-Biometrie

Swept-Source-OCT-Biometrie von der Hornhaut bis zur Netzhaut.

haag-streit.com · 2026-10-17

Hornhautkartierung

Topografie und Pachymetrie zur Hornhautuntersuchung.

haag-streit.com · 2026-10-17

Automatische Datenerfassung

Automatische Erfassung zur Messung beider Augen.

haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Elara 900



Spaltlampe mit Galilei-Mikroskop und fünf Vergrößerungen.

Geprüfte Informationen

Projektor-Spaltbeleuchtung

Projektorbeleuchtung zur Betrachtung okulärer Strukturen.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Infrarot-Drüsenuntersuchung

Infrarotbeleuchtung zur Untersuchung der Meibom-Drüsen.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Motorisierte Untersuchungssteuerung

Motorisierte Steuerung von Gerätehöhe und Vergrößerung.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 3 Instrumente



Refraktionseinheit für 3 Untersuchungsgeräte.

Geprüfte Informationen

Station für 3 Geräte

Tischplatte für 3 Untersuchungsgeräte.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektrische Positionierung

Elektrische Verstellung von Tischplatte und Stuhl.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektromagnetische Arretierung

Arretierung von Tischplatte und Phoropterarm.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® Plus



Plasmatechnologie mit 3 Handstücken für verschiedene Intensitätsstufen.

Geprüfte Informationen

Plasmatechnologie

Energieabgabe durch einen gezielten Plasmalichtbogen.

gruppogmv.com · 2026-10-17

3 Handstücke

Drei Handstücke: Weiß, Grün und Rot.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Berührungslose Anwendung

Energieabgabe ohne direkten Hautkontakt.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · gruppogmv.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® CR



Phakoemulsifikation sowie vordere und hintere Vitrektomie.

Geprüfte Informationen

Kombinierte Chirurgie

Phako sowie vordere und hintere Vitrektomie.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Duales Aspirationssystem

Wahl zwischen Peristaltik- und Venturi-Pumpe.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ultraschall-Phako

Dauer-, Puls- oder Burst-Abgabe bei etwa 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.bvimedical.com

Haag-Streit | ASEM

METIS 900



Ophthalmologisches Operationsmikroskop mit motorisiertem Zoom und vertikaler Fokussierung.

Geprüfte Informationen

Koaxialer Rotreflex

Koaxiale Rotreflexbeleuchtung für die Operationssicht.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Motorisierte Sichtneigung

Motorisierte Neigung zur Anpassung des Operationsblickwinkels.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Hand- und Fußbedienung

Zoom und Fokus per Hand- oder Fußbedienung steuern.

Je nach Konfiguration

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 3 Instrumente



Refraktionseinheit für 3 Untersuchungsgeräte.

Geprüfte Informationen

Station für 3 Geräte

Tischplatte für 3 Untersuchungsgeräte.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektrische Positionierung

Elektrische Verstellung von Tischplatte und Stuhl.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektromagnetische Arretierung

Arretierung von Tischplatte und Phoropterarm.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Curve



Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Geprüfte Informationen

Station für 2 Geräte

Tischplatte für 2 Untersuchungsgeräte.

www.fiso.info · 2026-10-17

Auswahl der Tischplatte

Drehbare oder verschiebbare Ausführung für zwei Geräte.

Je nach Konfiguration

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektromagnetische Arretierung

Arretierung von Tischplatte und Phoropterarm.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® PRO



Plasmatechnologie mit 2 Handstücken für verschiedene Intensitätsstufen.

Geprüfte Informationen

Plasmatechnologie

Energieabgabe durch einen gezielten Plasmalichtbogen.

gruppogmv.com · 2026-10-17

2 Handstücke

Zwei Handstücke: P One und P Two.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Berührungslose Anwendung

Energieabgabe ohne direkten Hautkontakt.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · gruppogmv.com

Echoson | ASEM

PIROP A+B+CCT



Biometrie, Ultraschall und Pachymetrie in einem ophthalmologischen Scanner.

Geprüfte Informationen

A-Mode-Biometrie

Axiale Länge und Berechnung der Intraokularlinsenstärke.

echoson.pl · 2026-10-17

B-Mode-Ultraschall

Ultraschallbilder der Strukturen im Augapfel.

echoson.pl · 2026-10-17

CCT-Pachymetrie

Ultraschallmessung der Hornhautdicke.

echoson.pl · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · echoson.pl

Huvitz | ASEM

HTR-1A



Refraktion, Hornhaut und Augeninnendruck in einer kombinierten Plattform.

Geprüfte Informationen

Refraktion und Keratometrie

Zwei Messungen der Refraktionsuntersuchung vereint.

huvitz.com · 2026-10-05

Berührungslose Tonometrie

Messung des Augeninnendrucks ohne Berührung.

huvitz.com · 2026-10-05

Hornhautpachymetrie

Hornhautdickenmessung im selben Gerät.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HOCT-1 / HOCT-1F



Spektral-OCT und nichtmydriatische Fundusbildgebung in einer Plattform.

Geprüfte Informationen

Spektral-OCT

7 µm axiale Auflösung für die OCT-Bildgebung.

huvitz.com · 2026-10-05

Integrierte Fundusbildgebung

Fundusfotografie ohne Pupillenerweiterung.

Nur HOCT-1F

huvitz.com · 2026-10-05

Bildverwaltung

Untersuchungsverwaltung mit der Software HIIS-1.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HFC-1



Nichtmydriatische Fundusbildgebung mit Panoramaaufnahme.

Geprüfte Informationen

Nichtmydriatische Bildgebung

Netzhautaufnahmen mit einem Bildfeld von 45°.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Panoramaansicht

Panoramisches Zusammenfügen von Fundusbildern.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Kleine Pupillen

Aufnahmen ab 3,3 mm Pupillendurchmesser.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HDR-9000



Digitaler Refraktor für subjektive Untersuchung und Messdatenübertragung.

Geprüfte Informationen

Subjektive Refraktion

Sphäre von −29 bis +26,75 D für die Sehprüfung.

huvitz.com · 2026-10-05

Prismenkorrektion

Prismenstärke bis 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Drahtlose Verbindung

Datenaustausch über Wi-Fi oder RS-232.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HVS-1



Binokulares Refraktionsscreening aus der Entfernung.

Geprüfte Informationen

Binokulares Screening

Refraktionsmessung beider Augen aus der Entfernung.

huvitz.com · 2026-10-05

Refraktionsbereich

Sphäre von −8 bis +8 D; Zylinder bis 3 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HS-7500



Galilei-Optik mit fünf Vergrößerungen für die Spaltlampenuntersuchung.

Geprüfte Informationen

Fünf Vergrößerungen

6×, 10×, 16×, 25×, 40× zur Anpassung der Ansicht.

huvitz.com · 2026-10-04

Untersuchungsspalt

Spaltöffnung bis 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-04

Beobachtungsfilter

Kobaltblau- und Grünfilter für die Untersuchung.

huvitz.com · 2026-10-04

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-8100A



Automatische Refraktion mit zentraler und peripherer Keratometrie.

Geprüfte Informationen

Automatische Refraktion

Sphäre von −30 bis +25 D; Zylinder bis 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Periphere Hornhaut

Zentrale und periphere Keratometrie in einer Untersuchung.

huvitz.com · 2026-10-05

Linsenkrümmung

Krümmungsmessung von Kontaktlinsen.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lenstar 900



Optisches Biometer mit Keratometrie und EyeSuite-Software.

Geprüfte Informationen

Optische OLCR-Biometrie

Axiale Augenmessungen zur Unterstützung der IOL-Planung.

haag-streit.com · 2026-10-17

Zweizonen-Hornhautmessung

Zweizonen-Keratometrie zur Beurteilung der Hornhautkrümmung.

haag-streit.com · 2026-10-17

EyeSuite-IOL-Planung

IOL-Berechnung und -Auswahl innerhalb von EyeSuite IOL.

Je nach Softwarekonfiguration

haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Refractor 900



Refraktor für subjektive Refraktion mit Konnektivität.

Geprüfte Informationen

Subjektive Refraktion

Linseneinstellungen für subjektive Refraktionsuntersuchungen.

haag-streit.com · 2026-10-17

Touchscreen-Untersuchungssteuerung

Untersuchung über ein Touchscreen-Bedienfeld steuern.

haag-streit.com · 2026-10-17

Klinischer Datenaustausch

Datenaustausch mit Diagnosegeräten und Patientenakten.

Systemkompatibilität bestätigen

haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 900



Statische Perimetrie; weitere Funktionen je nach Konfiguration.

Geprüfte Informationen

Statische Ganzfeldperimetrie

Statische Testmuster für zentrale und periphere Gesichtsfelder.

haag-streit.com · 2026-10-17

Kinetische Gesichtsfeldprüfung

Kinetische Tests je nach Ausführung und Lizenz.

Option abhängig von Version

haag-streit.com · 2026-10-17

Globale Progressionsanalyse

Globale Progressionsanalyse serieller Gesichtsfelder.

haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 600



Perimeter mit statischer SAP- und Pulsar-Perimetrie.

Geprüfte Informationen

Zentrale statische Perimetrie

Zentrale Gesichtsfeldtests mit Weiß-auf-Weiß-Stimuli.

haag-streit.com · 2026-10-17

Globale Progressionsanalyse

Serielle Gesichtsfelder und ihre globale Progression auswerten.

haag-streit.com · 2026-10-17

Kein Dunkelraum erforderlich

Untersuchungen auch außerhalb eines Dunkelraums möglich.

haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BQ 900



Spaltlampe mit Galilei-Mikroskop, fünf Vergrößerungen und LED-Beleuchtung.

Geprüfte Informationen

Galilei-Mikroskopoptik

Fünf Vergrößerungsstufen von 6,3× bis 40×.

haag-streit.com · 2026-10-17

LED-Spaltbeleuchtung

LED-Beleuchtung für die Untersuchung an der Spaltlampe.

LED-Ausführung

de.haag-streit.com · 2026-10-17

Spaltlampen-Bildgebungsoptionen

Bildaufnahme mit einem Modul IM 600 oder IM 910.

Optionales Bildgebungsmodul

haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BI 900



Spaltlampe mit Kepler-Mikroskop, zwei Vergrößerungen und LED-Beleuchtung.

Geprüfte Informationen

Kepler-Mikroskopoptik

Zwei Vergrößerungen, 10× und 16×, für die Spaltlampenuntersuchung.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Integrierter Kontrastfilter

Integrierter Kontrastfilter für Routineuntersuchungen.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Spaltlampen-Bildgebungsoptionen

Untersuchungen mit dem BI 900 Imaging Set dokumentieren.

Optionales Bildgebungsset

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Imaging Module 910



Bildgebungsmodul für kompatible Spaltlampen; Konfiguration mit ASEM abstimmen.

Geprüfte Informationen

Unterstützte Bildaufnahme

Automatische Belichtung und Blende unterstützen die Aufnahme.

Kompatible Spaltlampe erforderlich

haag-streit.com · 2026-10-17

Gut erreichbare Kamerabedienung

Kamera- und Beleuchtungssteuerung am Joystick.

haag-streit.com · 2026-10-17

Zwei Integrationsmodi

Eigenständiger Betrieb oder Integration in EyeSuite.

haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 2 Instrumente



Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Geprüfte Informationen

Station für 2 Geräte

Tischplatte für 2 Untersuchungsgeräte.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektrische Positionierung

Elektrische Verstellung von Tischplatte und Stuhl.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektromagnetische Arretierung

Arretierung von Tischplatte und Phoropterarm.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 3 Instrumente



Refraktionseinheit für 3 Untersuchungsgeräte.

Geprüfte Informationen

Station für 3 Geräte

Tischplatte für 3 Untersuchungsgeräte.

www.fiso.info · 2026-10-17

Rollstuhlzugang

Ausschwenkbare Tischplatte zur Untersuchung im Rollstuhl.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektrisch verstellbarer Stuhl

PRIMA-Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 2 Instrumente



Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Geprüfte Informationen

Station für 2 Geräte

Tischplatte für 2 Untersuchungsgeräte.

www.fiso.info · 2026-10-17

Rollstuhlzugang

Ausschwenkbare Tischplatte zur Untersuchung im Rollstuhl.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektrisch verstellbarer Stuhl

PRIMA-Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 2 Instrumente



Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Geprüfte Informationen

Station für 2 Geräte

Tischplatte für 2 Untersuchungsgeräte.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektrische Positionierung

Elektrische Verstellung von Tischplatte und Stuhl.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektromagnetische Arretierung

Arretierung von Tischplatte und Phoropterarm.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus One



Refraktionseinheit für 1 Untersuchungsgerät.

Geprüfte Informationen

Station für 1 Gerät

Tischplatte für 1 Untersuchungsgerät.

www.fiso.info · 2026-10-17

Tischplatte mit fester Höhe

Arm mit mechanischer Arretierung in allen Positionen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektrisch verstellbarer Stuhl

PRIMA-Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Two



Refraktionseinheit für 2 Untersuchungsgeräte.

Geprüfte Informationen

Station für 2 Geräte

Tischplatte für 2 Untersuchungsgeräte.

www.fiso.info · 2026-10-17

Instrumentenzentrierung

V-förmige Tischplatte mit Zentriermechanismus.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektrisch verstellbarer Stuhl

PRIMA-Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Trio



Refraktionseinheit für 3 Untersuchungsgeräte.

Geprüfte Informationen

Station für 3 Geräte

Tischplatte für 3 Untersuchungsgeräte.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektrische Positionierung

Elektrische Verstellung von Tischplatte und Stuhl.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elektromagnetische Arretierung

Arretierung von Tischplatte und Phoropterarm.

www.fiso.info · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® S



Phakoemulsifikation und vordere Vitrektomie.

Geprüfte Informationen

Vorderer Augenabschnitt

Phakoemulsifikation und vordere Vitrektomie.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Duales Aspirationssystem

Wahl zwischen Peristaltik- und Venturi-Pumpe.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ultraschall-Phako

Dauer-, Puls- oder Burst-Abgabe bei etwa 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® E



Phakoemulsifikation und vordere Vitrektomie.

Geprüfte Informationen

Vorderer Augenabschnitt

Phakoemulsifikation und vordere Vitrektomie.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Peristaltische Aspiration

Aspiration über eine Peristaltikpumpe.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ultraschall-Phako

Dauer-, Puls- oder Burst-Abgabe bei etwa 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution CR



Phakoemulsifikation sowie vordere und hintere Vitrektomie.

Geprüfte Informationen

Kombinierte Chirurgie

Phako sowie vordere und hintere Vitrektomie.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Duales Aspirationssystem

Wahl zwischen Peristaltik- und Venturi-Pumpe.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ultraschall-Phako

Dauer-, Puls- oder Burst-Abgabe bei etwa 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution



Phakoemulsifikationsplattform mit konfigurierbaren chirurgischen Funktionen.

Geprüfte Informationen

Flüssigkeitsmanagement

Wahl einer fluss- oder vakuumbasierten Aspiration.

Je nach Konfiguration

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ultraschallabgabe

Puls- und Burst-Modi für die Phakoemulsifikation.

Je nach Konfiguration

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Operationsbeleuchtung

Drei unabhängige LED-Ausgänge mit Farbfiltern.

Je nach Konfiguration

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.bvimedical.com

F.I.S.O. | ASEM

Table Hercule



Kontaktieren Sie ASEM für geprüfte Informationen zu diesem Modell.

Technische Spezifikationen müssen bestätigt werden.

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Trial Lenses set with Metal Rim in Beech Wood Case



236 Probiergläser für die subjektive Refraktion im Holzkoffer.

Geprüfte Informationen

Subjektive Refraktion

Probierglassatz zur Zusammenstellung der optischen Korrektion.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 Probiergläser

Satz mit 236 Gläsern in einem Holzkoffer.

www.fiso.info · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

51-B – 236 B Ensembles de lentilles d'essai



236 Probiergläser für die subjektive Refraktion im ABS-Koffer.

Geprüfte Informationen

Subjektive Refraktion

Probierglassatz zur Zusammenstellung der optischen Korrektion.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 Probiergläser

Satz mit 236 Gläsern in einem ABS-Koffer.

www.fiso.info · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

lit chirurgical 77FY



Gegliederter Operationsstuhl für ambulante Eingriffe.

Geprüfte Informationen

Operationspositionierung

Verstellung von Rückenlehne, Beinteil und Neigung.

www.frastema.com · 2026-10-05

Mobilität und Bremsen

Lenkbare Rollen mit Fußbremse.

www.frastema.com · 2026-10-05

Anpassbare Stromversorgung

Je nach Konfiguration Netz- oder 24-V-Akkuausführung.

Je nach Konfiguration

www.frastema.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

92-FA



Rollhocker mit höhenverstellbarem Sitz für den Untersuchungsplatz.

Geprüfte Informationen

Pneumatische Höhenverstellung

Pneumatische Sitzhöhenverstellung von 52 bis 72 cm.

FISO 92-FA-Hocker. Polsterung und Lieferkonfiguration sind zu bestätigen.

fiso.info · 2026-10-18

Gepolsterter runder Sitz

Gepolsterter runder Sitz mit 33 cm Durchmesser.

fiso.info · 2026-10-18

Fünfarmiges Fußkreuz

Verchromtes 50 cm Fußkreuz mit Rollen.

fiso.info · 2026-10-18

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Rondo



Panvisus Rondo-Einheit für zwei Geräte, je nach Konfiguration.

Geprüfte Informationen

Zwei Geräte vereint

Gerätetisch für zwei Instrumente in der Rondo-Serie.

Gemeinsame Merkmale der Panvisus-Rondo-Reihe. Tischplattenreferenz, Höhenverstellung und Zubehör sind zu bestätigen.

www.fiso.info · 2026-10-18

Tischplatten zur Auswahl

V-förmige oder verschiebbare Tischplatte, je nach Artikel.

www.fiso.info · 2026-10-18

Artikelabhängige Höhe

Feste Tischhöhe oder elektrische Höhenverstellung, je nach Version.

www.fiso.info · 2026-10-18

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

Huvitz | ASEM

Réfracteur HDR-7100P



Refraktor für die subjektive Fern- und Nahprüfung.

Geprüfte Informationen

Subjektive Refraktion

Sphäre von −29 bis +26,75 D für die Sehprüfung.

huvitz.com · 2026-10-05

Nahsehen

Arbeitsabstand von 35 bis 70 cm einstellbar.

huvitz.com · 2026-10-05

Prismenkorrektion

Prismenstärke bis 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lampe à fente BM-900



Spaltlampe mit Kepler-Mikroskop und Vergrößerungen 10× und 16×.

Geprüfte Informationen

Kepler-Mikroskopoptik

Zwei Vergrößerungen, 10× und 16×, für die Spaltlampenuntersuchung.

haag-streit.com · 2026-10-17

LED-Spaltbeleuchtung

LED-Beleuchtung für die Untersuchung an der Spaltlampe.

LED-Ausführung

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Einhändige Gerätepositionierung

Einhandhebel zur Positionierung in drei Geräteachsen.

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre Digital



Brillen- und Kontaktlinsenmessung mit Hartmann-Technologie.

Geprüfte Informationen

Hartmann-Analyse

Messung von Sphäre, Zylinder und Prismenstärke.

huvitz.com · 2026-10-05

Kontaktlinsen

Messung formstabiler und weicher Kontaktlinsen.

huvitz.com · 2026-10-05

Großer optischer Messbereich

Sphäre von −25 bis +25 D; Zylinder bis 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HIIS-1 (HIS-1)



Software zur Anzeige von Untersuchungen kompatibler Geräte.

Geprüfte Informationen

Einzeluntersuchung anzeigen

Anzeige einer einzelnen Untersuchung zum Einsehen ihrer Daten.

Die Broschüre verwendet HIS-1 und HIIS-1. Version, Lizenzen, Module und angeschlossene Geräte sind zu bestätigen.

optomedical.eu · 2026-10-18

Ansicht von sechs Untersuchungen

Sechs Untersuchungen in einer Ansicht zum Vergleich der Ergebnisse.

optomedical.eu · 2026-10-18

DICOM-Datenaustausch

DICOM-Protokoll für den Austausch mit kompatiblen Systemen.

optomedical.eu · 2026-10-18

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · optomedical.eu

Haag-Streit | ASEM

AT 900



Goldmann-Applanationstonometer der AT 900-Reihe.

Geprüfte Informationen

Goldmann-Messprinzip

Messung des Augeninnendrucks durch Applanation.

Gemeinsame Merkmale der AT-900-Reihe. Befestigung R, T oder BQ und Kompatibilität mit der Spaltlampe sind zu bestätigen.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Messbereich

Dokumentierter Druckbereich von 0 bis 80 mmHg.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Befestigung bestätigen

Ausführung R, T oder BQ und Kompatibilität müssen bestätigt werden.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · uk.haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Auto-réfkeratomètre HRK-1



Refraktion, Keratometrie und Unterstützung der Kontaktlinsenanpassung.

Geprüfte Informationen

Refraktion und Hornhaut

Refraktometrie und Keratometrie in einem Gerät.

huvitz.com · 2026-10-05

Kontaktlinsenanpassung

Unterstützung bei der Anpassung von Kontaktlinsen.

huvitz.com · 2026-10-05

Vertikale Nachführung

Vertikale Positionsnachführung über ±15 mm.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre HLM-7000P



Messung von Brillengläsern und Kontaktlinsen.

Geprüfte Informationen

Brillenglasmessung

Messung von Sphäre, Zylinder und Prismenstärke.

huvitz.com · 2026-10-05

Kontaktlinsen

Messung formstabiler und weicher Kontaktlinsen.

huvitz.com · 2026-10-05

Großer optischer Messbereich

Sphäre von −25 bis +25 D; Zylinder bis 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Projecteur de test HCP-7000



LED-Projektor für Sehtests in der Praxis.

Geprüfte Informationen

Vielfältige Sehtests

41 Sehzeichen und 34 Präsentationsmasken.

huvitz.com · 2026-10-05

LED-Projektion

LED-Lichtquelle für die Sehzeichenprojektion.

huvitz.com · 2026-10-05

Untersuchungsabstand

Projektion für Untersuchungsabstände von 2,5–8 m.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Ecran Numérique HDC-9100N/PF



Digitale Sehzeichendarstellung auf einem Full-HD-LCD-Bildschirm.

Geprüfte Informationen

Full-HD-Sehzeichen

24-Zoll-LCD mit einer Auflösung von 1920 × 1080.

huvitz.com · 2026-10-05

Untersuchungsabstand

Sehtestdarstellung bei Abständen bis 6 m.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Champ visuel HVF-100



Gesichtsfelduntersuchung mit statischer Weiß-auf-Weiß-Perimetrie.

Geprüfte Informationen

Statische Perimetrie

Weiß-auf-Weiß-Gesichtsfelduntersuchung.

huvitz.com · 2026-10-05

Gesichtsfeld bis 90°

Perimetrische Untersuchung bis zu einem Gesichtsfeld von 90°.

huvitz.com · 2026-10-05

Goldmann-III-Stimulus

Goldmann-III-Stimulusgröße für Gesichtsfeldtests.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Tonomètre à air HNT-1/1P



Berührungslose Tonometrie zur Messung des Augeninnendrucks.

Geprüfte Informationen

Berührungslose Tonometrie

Messung des Augeninnendrucks ohne Berührung.

huvitz.com · 2026-10-05

Druckmessbereich

Druckmessung im Bereich von 0–60 mmHg.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Topographe Optique Cornéen Complet



Hornhauttopografie mit Keratometrie und Zernike-Analyse.

Geprüfte Informationen

Hornhautkartierung

Topografische Kartierung der Hornhautoberfläche.

huvitz.com · 2026-10-05

Zernike-Analyse

Analyse kornealer Aberrationen anhand von Zernike-Polynomen.

huvitz.com · 2026-10-05

Integrierte Keratometrie

Hornhautkrümmungsmessung in derselben Untersuchung.

huvitz.com · 2026-10-05

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · huvitz.com

F.I.S.O. | ASEM

Unité 2 postes



Kontaktieren Sie ASEM für geprüfte Informationen zu diesem Modell.

Technische Spezifikationen müssen bestätigt werden.

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.fiso.info

Haag-Streit | ASEM

EIBOS 2



Weitwinkel-Fundusbetrachtung für ein kompatibles Operationsmikroskop.

Geprüfte Informationen

Berührungslose Weitwinkelbetrachtung

Weitwinkel-Fundusbetrachtung durch ein Operationsmikroskop.

Kompatibles Mikroskop erforderlich

haag-streit.com · 2026-10-17

Integrierter Bildinverter

Fokussierung und Bildinverter in einem System vereint.

haag-streit.com · 2026-10-17

Manuelle Fokuseinstellung

Seitliche Hebel zur manuellen Fokuseinstellung.

haag-streit.com · 2026-10-17

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-7000 — Spaltlampe



Galilei-Spaltlampe mit fünf Vergrößerungsstufen.

Geprüfte Informationen

Fünf Vergrößerungen

6×, 10×, 16×, 25×, 40× zur Anpassung der Ansicht.

huvitz.com · 2026-10-06

Untersuchungsspalt

Spaltöffnung bis 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Beobachtungsfilter

Kobaltblau- und Grünfilter für die Untersuchung.

huvitz.com · 2026-10-06

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5000 — Spaltlampe



Turm-Spaltlampe mit Galilei-Optik.

Geprüfte Informationen

Fünf Vergrößerungen

6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× zur Anpassung der Ansicht.

huvitz.com · 2026-10-06

Untersuchungsspalt

Spaltöffnung bis 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Turmbeleuchtung

Stufenweise Beleuchtungsneigung von 0° bis 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5500 — Spaltlampe



Integrierte Beleuchtung und Galilei-Optik für die Spaltlampe.

Geprüfte Informationen

Fünf Vergrößerungen

6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× zur Anpassung der Ansicht.

huvitz.com · 2026-10-06

Untersuchungsspalt

Spaltöffnung bis 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Integrierte Beleuchtung

Stufenlose Beleuchtungsneigung von 0° bis 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HDC-7000 — Sehtestsystem



Digitale Sehtests für Refraktion und Binokularsehen.

Geprüfte Informationen

Binokularsehen

Tests für Stereosehen, Fusion und Fixationsdisparität.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Anpassbare Tests

Kontrast, Masken, Rot/Grün und gespiegelte Darstellung.

www.huvitz.com · 2026-10-06

PC-basierte Installation

Tests auf kompatiblem PC und Bildschirm nach Abstimmung.

PC und Bildschirm separat

www.huvitz.com · 2026-10-06

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz CIT-4000 — motorisierter Tisch



Motorisierter Tisch zur Positionierung von Untersuchungsgeräten.

Geprüfte Informationen

Motorisierte Verstellung

Elektrische Höhenverstellung des Geräts.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Mobilität in der Praxis

Rollen zum Bewegen zwischen Untersuchungsplätzen.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Anpassbare Bedienung

Je nach Ausführung Hand- oder Fußbedienung.

Je nach Konfiguration

www.huvitz.com · 2026-10-06

Details ansehen

Herstellerquelle ansehen · www.huvitz.com