Pruebas visuales y optotipos

HCP-7000

Proyector LED para pruebas visuales en consulta.

El proyector de pruebas Huvitz ofrece una distancia ajustable de 2,5 a 8 metros (óptima entre 3 y 5 m), 41 tablas y 34 máscaras para distintas pruebas visuales (agudeza, binoculares y cribado). Los filtros rojo/verde y polarizador permiten exploraciones cromáticas y 3D. La lámpara LED de 4W proporciona luminosidad constante, larga vida útil y bajo consumo. El cambio rápido de gráficos (0,15 seg) y dos programas automáticos de 30 gráficos garantizan un uso fluido. El apagado tras 10 minutos y la inclinación de hasta 15° aportan comodidad y ahorro energético.



HCP-7000 · Vista del equipo

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-18

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-29

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Pruebas visuales variadas

41 optotipos y 34 máscaras de presentación.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

Proyección LED

Fuente LED para la proyección de optotipos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

Distancia de exploración

Proyección para distancias de exploración de 2,5–8 m.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-05

Prestaciones en la práctica

Proyección de 41 optotipos y 34 máscaras

Fuentes y documentación

Elegir la prueba y su máscara

El proyector ofrece 41 láminas y 34 máscaras, con filtros rojo/verde y polarizantes. La máscara elegida adapta la presentación a la prueba realizada.

- 41 láminas y 34 máscaras.
- Filtros rojo/verde y polarizantes.

Fuentes y documentación

Pruebas de visión

Pruebas visuales precisas

41 tablas de prueba

Filtros rojo/verde y polarizadores

Prueba de equilibrio binocular

Prueba de visión estereoscópica

Prueba de aniseiconía

Prueba de fusión binocular

Características

Distancia de proyección 2.5~8m

41 tablas, 34 máscaras, filtros rojo/verde

Filtros polarizadores

Velocidad de cambio de gráficos 0,15 seg

Distancias de proyección de 3 a 5m

Ahorro de energía: apagado automático (10 min)

2 programas con 30 gráficos cada uno

Ángulo de inclinación 15°

Lámpara LED 4W

Un proyector de pruebas versátil y eficaz

El proyector se adapta a distintos entornos y se comunica

con los forópteros Huvitz y el software HIS-1.

Es ideal para consultas oftalmológicas, hospitales, clínicas, ópticas e incluso campañas móviles de cribado visual.

Su versatilidad, funciones avanzadas y eficiencia energética lo convierten en una elección perfecta.

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Programar las secuencias habituales

Dos programas pueden contener hasta 30 láminas cada uno. El intervalo de proyección de 2,5 a 8 m permite adaptar la instalación a la distancia de la sala.

- Dos secuencias de un máximo de 30 láminas cada una.
- Cambio de lámina: 0,15 s de media.

Fuentes y documentación

Adaptar la proyección a la sala

La distancia y la orientación del proyector se ajustan al instalar el puesto de agudeza visual.

- Distancia de proyección de 2,5 a 8 m.
- Inclinación de 15°; aumento de 30× a 5 m.

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Proyección con LED

La fuente LED de 4 W ilumina las láminas. El folleto describe un apagado automático después de 10 minutos.

- Fuente LED de 4 W.
- Apagado automático después de 10 minutos.

Fuentes y documentación



HCP-7000 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Distancia mínima
2.5 m

Fuentes y documentación

Distancia máxima
8 m

Fuentes y documentación

Pantalla
Proyección LED

Fuentes y documentación

Intervalos de ajuste
Inclinación 15°

Fuentes y documentación

Alimentación eléctrica
100–120 V AC 50 Hz o 200–240 V AC 60 Hz; LED 4 W

Fuentes y documentación

Dimensiones
270 × 182 × 230 mm

Fuentes y documentación

Peso
3.44 kg

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre HCP-7000

¿Cuál es la Distancia mínima documentada de HCP-7000?

2.5 m

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Distancia máxima documentada de HCP-7000?

8 m

Fuentes y documentación

¿Las láminas pueden organizarse de antemano?

Sí. El HCP-7000 ofrece dos programas de un máximo de 30 láminas cada uno, para recuperar una secuencia elegida por el profesional.

Fuentes y documentación

¿Qué distancia debe preverse para la proyección?

El folleto indica un intervalo de 2,5 a 8 m y un aumento de 30× a 5 m. El proyector dispone de una inclinación de 15°.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



HDC-7000

Huvitz

Pruebas visuales y optotipos

Pruebas visuales digitales para refracción y visión binocular.

Ver producto



HDC-9100N/PF

Huvitz

Pruebas visuales y optotipos

Optotipos digitales en pantalla LCD Full HD.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Diagnóstico y biometría

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 821bc96d3181