임상용 가구 및 기기 지지대

CIT-4000

검사 장비를 배치하는 전동 테이블.

CIT-4000은 세극등, 굴절계 또는 기타 적합한 기기를 설치하는 이동식 전동 작업대입니다. 500 × 400 mm 상판의 높이를 검사에 맞춰 조절하며 캐스터로 전체 장비를 이동할 수 있습니다. 제조사는 최대 하중 50 kg을 제시합니다. 상판에 놓는 기기와 조작부 선택은 ASEM 구성에 명시해야 합니다.



CIT-4000 · 장비 사진

출처 및 문서

견적 요청 | 제품 보기

생성일: 2026-11-29

> 이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

주요 장점

전동 조절

장비 높이를 전동으로 조절합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-06

진료실 내 이동

바퀴로 검사 위치 사이에서 테이블을 이동합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-06

선택형 조작

버전에 따라 손 또는 발로 조작합니다.

구성에 따라 다름

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-06

실제 활용 기능

안과 기기 지지대

출처 및 문서

전동 높이 조절

출처 및 문서

바퀴를 이용한 이동

출처 및 문서

더 원활한 작업 흐름

호환 안과 기기 설치

CIT-4000은 세극등이나 자동굴절검사기 등의 기기용 전동 테이블입니다. 지지대와 기기 구성을 함께 명시해야 합니다.

- 장착 장비용 지지 테이블.
- 검사 기기와 테이블은 별개입니다.

출처 및 문서

일상 진료를 위한 설계

높이 조절과 검사대 이동

페달로 전동 높이를 조절하여 기기 위치를 맞춥니다. 바퀴를 이용해 지지대를 선택한 검사 위치로 이동할 수 있습니다.

- 페달로 제어하는 전동 조절.
- 지지대 이동용 바퀴.

출처 및 문서

전원 및 구성

문서화된 전원은 100–240 V AC, 50/60 Hz이며 제시된 전류는 2,5~2,2 A입니다. 기기, 조작부 및 필요한 연결은 ASEM과 지정해야 합니다. 페이지에는 작업대 전용 소프트웨어나 데이터 인터페이스가 없으며 연결 기능을 임의로 만들지 않습니다.

출처 및 문서

기술 사양 및 문서

장착 방식
캐스터 이동식 베이스

출처 및 문서

조절 범위
높이 645–895 mm, 이동 범위 250 ±20 mm, 구성에 따라 풋 또는 수동 조작

출처 및 문서

전원
100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,5–2,2 A

출처 및 문서

크기
최저 위치 555 × 435 × 645 mm, 상판 500 × 400 mm

출처 및 문서

무게
25 kg

출처 및 문서

다운로드 및 자료

- https://www.huvitz.com/product/cit-4000/
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://huvitz.com/ko/product/cit-4000/
  출처 확인일: 2026-10-18

CIT-4000 관련 질문

CIT-4000의 문서에 명시된 “장착 방식” 사양은 무엇인가요?

캐스터 이동식 베이스

출처 및 문서

CIT-4000의 문서에 명시된 “조절 범위” 사양은 무엇인가요?

높이 645–895 mm, 이동 범위 250 ±20 mm, 구성에 따라 풋 또는 수동 조작

출처 및 문서

테이블 위에 표시된 기기가 포함되나요?

이 사양은 CIT-4000 테이블을 설명합니다. 장착할 세극등이나 자동굴절검사기는 제안 구성에서 별도로 식별해야 합니다.

출처 및 문서

테이블에 검사 기기가 포함되나요?

CIT-4000은 기기 지지대입니다. 장착할 장비와 그 구성은 별도로 선택합니다.

출처 및 문서

관련 제품



92-FA

F.I.S.O.

임상용 가구 및 기기 지지대

진료 공간을 위한 높이 조절 좌면과 바퀴가 있는 스툴입니다.

제품 보기



77FY

F.I.S.O.

임상용 가구 및 기기 지지대

외래 수술용 관절식 수술 의자.

제품 보기

ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

전문 기술

장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의

모든 제품 살펴보기

제조사 웹사이트

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: 29608fc58147