시력검사 및 시표

HCP-7000

진료실 시력검사를 위한 LED 프로젝터.

Huvitz 시력표 프로젝터는 투사 거리 2,5~8미터, 최적 거리 3~5 m를 제공하며 시력·양안·선별검사용 시력표 41개와 마스크 34개가 있습니다. 적/녹 및 편광 필터로 색각·3D 검사를 지원합니다. 4W LED는 일정한 밝기, 긴 수명과 낮은 전력 소모를 제공합니다. 시표 전환은 0,15초이며 자동 프로그램 두 개에 각각 시표 30개가 있습니다. 10분 후 자동 종료와 최대 15° 기울기로 편의성과 절전을 지원합니다.



HCP-7000 · 장비 사진

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-18

견적 요청 제품 보기

생성일: 2026-11-29

이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

주요 장점

다양한 시기능검사

시표 41종과 제시 마스크 34종.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-05

LED 투사

LED 광원으로 시력표를 투사합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-05

검사 거리

2.5–8 m 검사 거리에 맞는 투사.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-05

실제 활용 기능

시표 41개 및 마스크 34개 투사

출처 및 문서

시력표와 마스크 선택

프로젝터는 시력표 41개와 마스크 34개, 적색·녹색 및 편광 필터를 제공합니다. 마스크 선택으로 검사에 맞게 표시를 조정합니다.

- 시력표 41개와 마스크 34개.
- 적색·녹색 및 편광 필터.

출처 및 문서

시력검사

정밀 시력검사

시력표 41개.

적/녹 및 편광 필터.

양안 균형.

입체시.

부등상시.

양안 융합.

특징

투사 거리: 2.5~8m.

시력표 41개, 마스크 34개, 적/녹 필터.

편광 필터.

시표 전환 속도: 0,15초.

투사 거리: 3~5m.

절전: 10분 후 자동 종료.

프로그램 2개, 각각 시표 30개.

경사각: 15°.

LED 4W.

다용도 고성능 시력표 프로젝터

다양한 환경에서 Huvitz 포롭터 및 HIS-1과 통신합니다.

진료실, 병원, 안과 기관, 안경원 및 이동 시력 선별검사에 적합합니다.

다용도 활용, 고급 기능 및 에너지 효율을 결합합니다.

더 원활한 작업 흐름

일상 시력표 순서 설정

프로그램 2개에 각각 최대 30개 시력표를 저장할 수 있습니다. 2.5–8 m 투사 범위로 검사실의 검사 거리에 맞춰 설치할 수 있습니다.

- 각각 최대 30개 시력표로 구성된 순서 2개.
- 시력표 전환: 평균 0.15 s.

출처 및 문서

검사실에 맞춘 투사

시력검사대를 설치할 때 거리와 프로젝터 방향을 설정합니다.

- 투사 거리 2.5–8 m.
- 기울기 15°, 5 m에서 배율 30×.

출처 및 문서

일상 진료를 위한 설계

LED 시력표 투사

4 W LED가 시력표를 비춥니다. 브로슈어는 10분 후 자동 꺼짐을 설명합니다.

- 4 W LED 광원.
- 10분 후 자동 꺼짐.

출처 및 문서



HCP-7000 · 장비 사진

출처 및 문서

기술 사양 및 문서

최소 거리
2.5 m

출처 및 문서

최대 거리
8 m

출처 및 문서

디스플레이
LED 투영

출처 및 문서

조절 범위
경사 15°

출처 및 문서

전원
100–120 V AC 50 Hz 또는 200–240 V AC 60 Hz, LED 4 W

출처 및 문서

크기
270 × 182 × 230 mm

출처 및 문서

무게
3.44 kg

출처 및 문서

다운로드 및 자료

- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  출처 확인일: 2026-10-05
- https://huvitz.com/wp-content/uploads/2024/10/HCP-7000_2p_engonly_170426.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18

HCP-7000 관련 질문

HCP-7000의 문서에 명시된 “최소 거리” 사양은 무엇인가요?

2.5 m

출처 및 문서

HCP-7000의 문서에 명시된 “최대 거리” 사양은 무엇인가요?

8 m

출처 및 문서

시력표를 미리 구성할 수 있나요?

예. HCP-7000은 임상의가 선택한 순서를 위해 각각 최대 30개 시력표의 프로그램 2개를 제공합니다.

출처 및 문서

투사에 필요한 거리는 얼마인가요?

브로슈어는 범위 2.5–8 m, 5 m에서 배율 30×를 명시합니다. 프로젝터는 15° 기울기를 제공합니다.

출처 및 문서

관련 제품



HDC-7000

Huvitz

시력검사 및 시표

굴절검사와 양안시를 위한 디지털 시기능검사.

제품 보기



HDC-9100N/PF

Huvitz

시력검사 및 시표

Full HD LCD 화면에 디지털 시력표를 표시합니다.

제품 보기

ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

진단 및 생체계측

장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의

모든 제품 살펴보기

제조사 웹사이트

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: f1477590bd44