临床家具与仪器支架

CIT-4000

用于调整检查设备位置的电动仪器台。

CIT-4000 是移动电动工作台，用于放置裂隙灯、验光仪或其他适用仪器。500 × 400 mm 台面可调高度，便于检查，脚轮方便移动整套设备。制造商标明最大载荷 50 kg；台上仪器及所选控制方式须在 ASEM 配置中注明。



CIT-4000 • 设备实景图

来源与文档

索取报价　查看产品

生成日期：2026-11-29

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

电动调节

电动调节仪器高度。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-06

诊室移动

脚轮便于在检查工位之间移动仪器台。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-06

灵活操作

依版本支持手控或脚踏控制。

依配置而定

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-06

实际应用能力

眼科仪器支撑

来源与文档

电动高度调节

来源与文档

脚轮移动

来源与文档

更流畅的工作流程

安装兼容眼科仪器

CIT-4000是用于裂隙灯或自动验光仪等设备的电动台。支撑台与仪器配置须一并明确。

- 用于承托所安装设备的台面。
- 检查仪器与台面分开配置。

来源与文档

专为日常诊疗设计

调节高度并移动工作站

通过踏板电动调高以定位仪器。脚轮便于将支撑台移至所选工作位置。

- 踏板控制电动调节。
- 用于移动支撑台的脚轮。

来源与文档

电源与配置

文档所述电源为 100–240 V AC，50/60 Hz，标称电流 2,5 至 2,2 A。仪器、控制及必要连接须与 ASEM 明确。页面未说明工作台专用软件或数据接口，不虚构连接功能。

来源与文档

技术规格与文档

安装方式
脚轮移动底座

来源与文档

调节范围
高度 645–895 mm；行程 250 ±20 mm；脚控或手控，视配置而定

来源与文档

电源
100–240 V AC，50/60 Hz；2,5–2,2 A

来源与文档

尺寸
低位尺寸 555 × 435 × 645 mm；台面 500 × 400 mm

来源与文档

重量
25 kg

来源与文档

下载与资源

- https://www.huvitz.com/product/cit-4000/
  来源核验日期：2026-10-06
- https://huvitz.com/ko/product/cit-4000/
  来源核验日期：2026-10-18

关于 CIT-4000 的常见问题

CIT-4000 已记录的“安装方式”规格是什么？

脚轮移动底座

来源与文档

CIT-4000 已记录的“调节范围”规格是什么?

高度 645–895 mm；行程 250 ±20 mm；脚控或手控，视配置而定

来源与文档

包含台面上展示的仪器吗?

此规格描述CIT-4000台。拟安装的裂隙灯或自动验光仪须在配置方案中单独明确。

来源与文档

该台包含检查仪器吗?

CIT-4000是仪器支撑台，所安装设备及其配置需另行选择。

来源与文档

相关产品



92-FA

F.I.S.O.

临床家具与仪器支架

配有脚轮和可调座面的座凳，适用于诊室工作位。

查看产品



77FY

F.I.S.O.

临床家具与仪器支架

适用于门诊手术的分段式手术椅。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

专科技术

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问 | 浏览全部产品 | 制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：90d4d2dbd482